

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie
Ul. Fabryczna 1
05-500 Piaseczno
Fax (022) 756 21 72
e-mail: laboratorium@zozapiaseczno.pl

Przetarg nieograniczony na
„Zakup i sukcesywną dostawę systemu aspiracyjno-próżniowego
do pobierania krwi oraz sprzętu jednorazowego do badań laboratoryjnych”
Sygnatura sprawy: 4/D/2021

Odpowiedzi na pytania do opisu przedmiotu zamówienia

Dotyczy Załącznika 1B

1. poz. 1

Czy Zamawiający wymaga wyceny 27000 sztuk kamer czy 27000 oznaczeń?

Odp: Zamawiający wymaga wyceny 1 badania = 1 oznaczenie.

2. Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści pipety Pasteura o pojemności 3 ml?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

3. Poz. 9

Prosimy o podanie wysokości oraz średnicy płytek Petriego. Czy mają być z żebrami czy bez wentylacji?

Odp: Zamawiający podaje wymiary: średnica 90 – 100mm, wysokość 1-2,5 cm bez wentylacji.

4. Poz. 11

Jakiej pojemności Zamawiający oczekuje? 25 ml czy 100 ml?

Odp: Zamawiający dopuszcza obie pojemności.

pozycja 5

Czy Zamawiający oczekuje pipet o poj. 1,5 ml **lub** 2 ml?

Odp: Zamawiający dopuszcza obie pojemności.

Pozycja 9

Czy Zamawiający oczekuje płytek Petriego bez wentylacji, o śr. 60 mm, wys. 14 mm?

Odp: :Zamawiający podaje wymiary: średnica 90 – 100mm, wysokość 1-2,5 cm bez wentylacji.

pozycja 10

Czy Zamawiający oczekuje probówek Eppendorf o poj. 1,5 ml **lub** 2 ml?

Odp: Zamawiający dopuszcza obie pojemności.

DYREKTOR


mgr Marta Dorociak-Burza



Dotyczy SIWZ

1. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku w pakiecie z załącznika 1B?

Odp: Zamawiający dopuszcza podanie cen jednostkowych za 1 szt wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku, pod warunkiem iż cena stanowić będzie wyłącznie element kalkulacyjny ceny wynikowej za opakowanie zbiorcze, która to cena zostanie podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z art.3 ust.1 "0 ustawy o cenach.

Dotyczy projektu umowy:

Dotyczy § 1.2

Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „**Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy**”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy § 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy § 11. 1 c, d, e f, g

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu powyższego paragrafu na:

c, d, e) wysokości 5 % wartości netto niezrealizowanej części umowy

f) wysokości 1 % wartości netto zamówionej partii

wysokości 1 % wartości netto reklamowanej partii - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu asortymentu wolnego od wad

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR

[Signature]
mgr Marta Dorociak-Burza

[Signature]