

.....
pieczęć Wykonawcy

Tabela określająca obligatoryjne parametry ODCZYNNIKÓW

Lp.	Nazwa parametru
1	Odczynniki gotowe do użycia.
2	Ulotki odczynnikowe w języku polskim.
3	Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie aplikacji odczynnikowych w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.
4	Termin ważności odczynników min. 12 m-cy, materiału kontrolnego 3 m-ce.
5	Dostarczenie w formie pisemnej lub elektronicznej kart charakterystyki substancji preparatu dla wszystkich odczynników szkodliwych i niebezpiecznych po podpisaniu umowy.
6	Test musi charakteryzować się wysoką czułością i specyficznością.
7	Każde opakowanie oferowanego testu musi zawierać niezbędną/odpowiednią ilość odczynników i buforów umożliwiającą wykorzystanie wszystkich płytek zestawu w systemie automatycznym.
8	Testy muszą być dostarczone w formie umożliwiającej podział płytki, tj. wyjęcie określonej ilości baretek do badania.
9	W razie zwiększonego zapotrzebowania na bufor myjący dostawca zobowiązuje się dostarczyć dodatkowy bufor.
10	Do testów dołączona musi być na koszt dostawcy zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości, w ilości 2x w roku.

.....
podpis, pieczęć Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy