

Piaseczno, dnia 04 grudnia 2023 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup, dostawę i instalację aparatu USG” dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie, znak sprawy 2/D/2023

Na zasadzie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), wobec wpłynięcia wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1:

„Dot. Załącznika nr 1 do OPZ

Pytanie 1.

Zamawiający wymaga by oferowany aparat posiadał Otwarty moduł komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist. Tym samym prosimy o informację czy Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawców integracji w/w urządzenia z systemem min. PACS/RIS, zapewniającej archiwizację i obieg elektronicznej dokumentacji medycznej w placówce?

Jednocześnie czy koszty zakupu licencji i usług serwisowych w tym zakresie ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający (prosimy o podanie nazwy producenta systemu PACS/RIS działającego w pracowni ZDO).”

Odpowiedź na Pytanie nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem zamówienia jest wyłącznie zakup, dostawa oraz instalacja aparatu USG o parametrach opisanych w SWZ niniejszego postępowania, bez usługi integracji z systemem PACS/RIS (lub podobnym) oraz bez zakupu niezbędnych w tym zakresie licencji. Zamawiający oczekuje natomiast, iż dostarczony aparat będzie przystosowany do przeprowadzenia takowej integracji w przyszłości, stąd też w ramach Załącznika Nr 1 do SWZ przewidziano odpowiednie wymogi.

DYREKTORSamodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego w Piasecznie
Gabriela Stradomska